МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ»
(ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)
вул. Котляревського, 3, м. Рівне, 33028, тел.067-54-81-620, E-mail: rivneocdc@gmail.com, Web: http:https://rv.cdc.gov.ua/, код СДРПОУ 38503358

ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» акредитована Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат про акредитацію № 20808 чинний до 23.05.2027

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник генерального директора з впровадження системи управління якістю

Олександр БЯЛКОВСЬКИЙ

МП

« 26 » березня 2026 року

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ №454
«26» березня 2026 року

Замовник, юридична адреса	**ТОВ «Аскона-Південь», Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Нескорених 12**
Фактична адреса	**Україна, 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Нескорених 12**
Об'єкт випробувань	**Кріпильні вироби:** **1. Профіль кутовий алюмінієвий із сіткою (біла).** **2. Профіль кутовий ПВХ із сіткою (зелена).** **3. Профіль кутовий ПВХ із сіткою (біла).** **4. Профіль кутовий ПВХ із сіткою (жовта).**
Дата виготовлення	**-**
Партія	**Груповий зразок**
Виробник/походження зразка	**Виробник: Україна, ТОВ «Аскона-Південь».** **Походження продукції сировини: Україна, країни ЄС, Китай та інші**
Дата одержання об'єкту(ів) випробування	**20.03.2026**
Дата(и) проведення випробування	**20.03.2026 – 26.03.2026**
Мета випробування	**Визначити вміст питомої активності радіонуклідів відповідно до вимог ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 (НРБУ-97).**

Вміст питомої активності радіонуклідів
Реєстраційний номер зразка 610/3/238-Б

Умови проведення випробування: t +18°C, відносна вологість 74%, атм. тиск 746 мм. рт. ст.

Назва показників, одиниці вимірювання	Нормативне значення (МДР)	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизна-ченість вимірювання	Відмітка про відповідність
^{226}Ra , Бк/кг		<32	МВИ 4/86	Не визначалась	Відповідає
^{232}Th , Бк/кг		<15	МВИ 4/86	Не визначалась	Відповідає
^{40}K , Бк/кг		<134	МВИ 4/86	Не визначалась	Відповідає
Аеф., Бк/кг	≤370	71	МВИ 4/86	-	Відповідає

Висновок за результатами випробувань: Досліджений зразок за визначеними показниками відповідає вимогам ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 (НРБУ-97) (І-клас-Аеф≤370 Бк/кг).

Примітки:

Результати випробувань поширюються виключно на досліджуваний зразок у стані, в якому його було надано до ВЛ.

При відборі та оформленні зразків (а) (проб), у встановленому законодавством порядку, уповноваженим представником, результат випробування стосується партії, від якої було здійснено відбір.

Протокол випробувань не підлягає повному або частковому відтворенню, тиражуванню чи розповсюдженню як офіційний документ без письмового дозволу ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ».

Увага! Копії дійсні тільки після додаткового затвердження підписом та печаткою відповідальної особи ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ».

* - об'єкт, НД та метод випробувань не внесений до сфери акредитації відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025-2019.

**- розширена невизначеність вимірювання – це фактичне значення, виражене в одиницях вимірюваної величини, отримане шляхом множення стандартних невизначеностей на фактор покриття k=2, що передбачає нормальний розподіл невизначеності і приблизно відповідає 95% ймовірності покриття, розраховується виключно на вимогу Замовника послуги.

***- показник не внесений до сфери акредитації відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025-2019.

Правило прийняття рішення про відповідність узгоджено із замовником.

Відповідальні виконавці:

Завідувач відділу епідеміологічного нагляду
та профілактики неінфекційних хвороб **Наталія СЕДЛЯР**
протокол лабораторних випробувань перевірив

Лікар з радіаційної гігієни **Володимир КУЗНЕЦОВ**